

Anleitungen, Pflege- & Sicherheitshinweise



Glückwunsch!

Du hast dir also einen Mystim Pete geschnappt. Eine gute Entscheidung. Damit hast du dich für ein Qualitätsprodukt "made in Germany" entschieden.

Unseren Pete gibt es in drei Varianten: Pure Pete, das Grundmodell aus medizinischem Platinsilikon, Pearly Pete mit drei 23karätig vergoldeten Kugeln und Plunging Pete mit zwei Goldkugeln, die einen 24karätig vergoldeten Dilator von 4mm Durchmesser und ca. 3,5cm Länge flankieren.

Damit du an deinem Spielzeug auch lange deinen Spaß hast, lies dir bitte die folgenden Hinweise genau durch.

> Wir wünschen dir viel Freude. Dein Mystim Team

So verwendest du Pete

Das Wichtigste zuerst: Um die für dich passende Intensität zu finden, schließ' das Reizstromgerät erst an, wenn Pete richtig sitzt. Bitte verwende nur Gleitgel auf Wasserbasis wie unser "Bonnie & Glide", oder - für noch bessere Leitfähigkeit - das Mystim Leitgel "The Goldfather".

Pure Pete Leg den Pure Pete an und zieh die Schlaufen so fest, dass das Spielzeug mit sanftem Druck um deine Eichel liegt. Um die untere Schlaufe zu fixieren, zieh die Enden zur Seite, bis sie in der Lasche einrasten.

Pearly Pete Die Goldkugeln sind besonder leitfähig und bündeln die Stimulation - und sie sind beweglich. Bevor du die obere Schlaufe festziehst, kannst du sie an deine persönlichen Lieblingsstellen verschieben.

Plunging Pete

Beim Einführen des Dilators darfst du ein Spannen oder einen leichten Druck spüren, es sollte aber nie unangenehm oder sogar schmerzhaft sein. Unter keinen Umständen darfst du den Dilator mit Gewalt einführen.

Bitte prüfe deinen Plunging Pete genau auf eventuelle Unebenheiten oder scharfe Kanten, bevor du ihn zum ersten Mal einsetzt. Wie alle Mystim Produkte durchläuft auch Pete eine Qualitätskontrolle, bevor wir ihn zum Spielen frei lassen. Aber auch uns kann mal ein Fehler passieren.

Bei Dilatoren ist Hygiene und Sterilität besonders wichtig: Sterilisiere den Dilator und deinen Penis vor und nach jeder Anwendung, verwende ein steriles Gleitmittel und sterile Handschuhe. Bitte beachte unbedingt die Warn- und Sicherheitshinweise der Desinfektionsmittel und Gleitgele, die du verwendest.

Reinigung & Pflege

Unsere Petes bestehen aus medizinischem Platinsilikon und sind daher besonders hygienisch und leicht mit Wasser und einer milden Seife zu reinigen. Um Pete sauber zu machen, zieh' bitte die Schlaufen vollständig aus der Kunststoffkupplung heraus. In regelmäßigen Abständen solltest außerdem ein Desinfektionsmitel verwenden, das gut hautverträglich ist (bitte beachte die jeweilige Gebrauchsanweisung). Bevor du Pete erneut verwendest, lass ihn bitte zunächst vollständig trocknen.

Das mit dem Reizstrom E-Stim, also elektrische Stimulation, wird seit ein paar Jahren immer beliebter, und kein Wunder: Im Intimbereich gibt's jede Menge Nerven - viel mehr als an anderen Stellen. Mit einem richtig eingestellten Reizstromgerät und dem entsprechenden Spielzeug kannst du jeden einzelnen dieser Nerven bis zur Ekstase stimulieren.

Diese Stimulation ist unbedenklich, wenn sie mit hochwertigen Produkten und nicht gedankenlos durchgeführt wird.



Es gibt ein paar Dinge, die du unbedingt beachten solltest:

- Personen mit elektronischen oder metallischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern) dürfen Reizstrom nicht anwenden, ohne vorher ihren Arzt zu konsultieren. Das gleiche gilt für Personen mit Herzfehlern oder Herz-rhythmusstörungen.
- Die Stimulation darf nie so erfolgen, dass Strom durch das Gehirn oder Herz fließt. Stimulieren Sie niemals den Kehlkopf- oder Rachenbereich. Muskelverkrampfungen in diesem Bereich könnten zum Ersticken führen.
- Reizstromgeräte dürfen nicht in Anwesenheit von explosiven oder entzündlichen Materialien verwendet werden.
- Reizstrom darf nur auf gesunder Haut angewendet werden.
- Von Kindern fernhalten.

Mehr Informationen zu E-Stim findest du unter www.mystim.com

Noch Fragen? Sag' uns Bescheid. Wir kümmern uns gerne drum.

hallo@mystim.com Videos zur Anwendung und Pflege unserer Toys: www.mystim.com/pflege_anleitungen.html

